

Viešoji įstaiga Jurbarko ligoninė
Klinikinės diagnostikos laboratorija

LABORATORINIŲ TYRIMŲ PAMATINIŲ BIOLOGINIŲ VERČIŲ INTERVALŲ (REKOMENDUOJAMŲ RIBŲ) AR KLINIKINIŲ
SPRENDIMŲ VERČIŲ SĄRAŠAS IR TYRIMŲ METODAI

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
2021 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. V-2341

KRAUJO KREŠĖJIMO TYRIMŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Analitės pavadinimas	Tarptautinis trumpinys	Ėminys	Norminiai dydžiai	Mato vienetas	Tyrimo metodas
1.	Aktyvinto dalinio tromboplastino laikas	ADTL				
1.1.	Aktyvinto dalinio aPTT tromboplastino laikas (ADTL)		PPP (plazma, stokojanti trombocitų)	26 - 40	s	Rekalcifikacijos
2.	Protrombino laikas	PL				
2.1.	Protrombino aktyvumas (protrombino laiko (PL) santykis PT (PA) su normalia verte)		PPP (plazma, stokojanti trombocitų)	70 - 140	%	Owren
2.2.	Tarptautinis normalizuotas PT/INR santykis (TNS)		PPP (plazma, stokojanti trombocitų)	1,2 - 0,8		Apskaičiuojamas
3.	Fibrinogenas		PPP (plazma, stokojanti trombocitų)	2,00 - 4,00	g/l	Klauso

4.	D-dimerai (FEU)	D - dimer	PPP(plazma stokojanti trombocitų)	0 - 500	ng/ml	Fluorescencinis
----	------------------------	-----------	--------------------------------------	---------	-------	-----------------